

Anwendungen der NMR-Spektroskopie in der Organischen Chemie

Anmerkungen zum TOCSY-Experiment:

- Kann auf vicinale Kopplungen (12 ms spinlock) und komplettes Spinsystem (80 ms, Standard) eingestellt werden
- Wegen Phasenzyklus etwa 4facher Zeitbedarf gegenüber COSY
- Selektive 1D-Versionen und HSQC-Kombinationen